

FICHA TÉCNICA

Calibración de Registradores de Datos

DESCRIPCIÓN:	La calibración se realiza en un medio estable y con los patrones adecuados, para garantizar que la lectura de los Registradores sea precisa.
ALCANCE DE CALIBRACIÓN:	Desde -23°C hasta 80°C
PROCEDIMIENTO:	"Procedimiento TH-001 de calibración de termómetros digitales" Edición digital 1.
PATRONES DE REFERENCIA:	Termómetro de indicación digital con sonda termorresistencia de platino 100 ohm
TRAZABILIDAD:	INACAL - DM
INCERTIDUMBRE:	Incertidumbre Máxima de 0.04 °C
ENTREGABLE:	Certificado de Calibración + Etiqueta de Calibración
TIEMPO DE ENTREGA:	3 días hábiles

CON EL RESPALDO Y EXPERIENCIA DE:



Cryopak
The Perfect Degree of Protection

tempack
A Softbox company

timestrip
the smart way to measure time & temperature

Elitech

